


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No AB 1218

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 14 z/of 03.08.2021

 AB 1218	Nazwa i adres / Name and address PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poligonowa 30 04-051 Warszawa
Kod identyfikacyjny / Identification code^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
E/6, E/15, E/53, E/54	- Badania elektryczne i elektroniczne wyrobów i wyposażenia elektrycznego, elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz wyposażenia wojskowego / Electric and electronic tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment and military equipment
F6, F/15, F/53, F/54	- Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) wyrobów i wyposażenia elektrycznego, elektronicznego, telekomunikacyjnego oraz wyposażenia wojskowego / Electromagnetic compatibility (EMC) tests of electrical, telecommunication and electronic products and equipment and military equipment
G/34	- Badania dotyczące inżynierii środowiska – środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne) / Tests concerning environmental engineering - general environment (physical factors - electromagnetic field)

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1218 z dnia 06.06.2019 r.
Cykl akredytacji od 31.08.2018 r. do 30.08.2022 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1218 of 06.06.2019
Accreditation cycle from 31.08.2018 to 30.08.2022

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Dział Laboratoriów Akredytowanych ul. Nadmeńska 14; 05-230 Kobyłka		
Przedmiot badań/wyrob	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne; wyposażenie wojskowe.	Charakterystyki promieniowania anten i systemów antenowych: - charakterystyki dookolne - szerokość listka głównego, - poziom listków bocznych - średni poziom listków bocznych - położenie listków bocznych Zakres częstotliwości: (0,1 - 18) GHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia.	ANSI/IEEE Std 149:1979 (R2008)
	Zysk energetyczny anteny: Zakres częstotliwości: (0,75 - 18) GHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia.	ANSI/IEEE Std 149:1979 (R2008)
	Kąt położenia osi elektrycznej anteny względem określonej płaszczyzny Zakres częstotliwości: (0,1 - 18) GHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia.	ANSI/IEEE Std 149:1979 (R2008)
	Współczynnik fali stojącej (WFS) i współczynnik transmisji macierzy rozproszenia. Zakres częstotliwości: (100 kHz – 20 GHz). Metoda pomiarowa bezpośrednia.	PB-05 wydanie C z dnia 06.01.2014 r.
	Tłumienność obiektów ekranujących. Zakres częstotliwości: 10 kHz – 18 GHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia.	PB-06 wydanie D z dnia 17.05.2021 NO-06-A501:2009+A1:2018
	Tłumienność ekranu pomieszczeń ekranujących w zakresie częstotliwości 10 kHz do 18 GHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 50147-1:2000
	Emisja zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przewodach zasilania urządzenia w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 10 MHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.2 MIL-STD-461F CE-102
	Emisja zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 18 GHz, wytwarzanych przez urządzenia oraz dołączone do tych urządzeń kable Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.14 MIL-STD-461F RE-102
	Odporność na narażenia promieniowane, pole elektryczne w zakresie częstotliwości 2 MHz do 18 GHz Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt.3.17 MIL-STD-461F RS-103
	Odporność na narażenia przewodzone, przewody elektryczne w zakresie 30 Hz do 150 kHz Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.4 MIL-STD-461F/G CS-101
Poziom zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 300 MHz oraz zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 30 MHz wytwarzanych przez zespoły prądowców	NO-61-A208:2013 p. 2.1.15, 3.14	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne; wyposażenie wojskowe.	Emisja promieniowana; pomiar poziomu indukcji magnetycznej zaburzeń w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.13 PRE-01 MIL-STD-461F/G RE-101
	Odporność na narażenia promieniowane; pole magnetyczne, w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.16 PRS-01 MIL-STD461F/G RS-101
	Emisje przewodzone; pomiar poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 10 kHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.1 PCE-01 MIL-STD-461F/G CE-101
	Odporność na narażenia przewodzone, prądy strukturalne w zakresie częstotliwości od 50 Hz do 100 kHz. Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.8 PCS-05 MIL-STD-461F/G CS-109
	Odporność na narażenia przewodzone, wprowadzane do kabli, 10kHz – 200MHz Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.9 PCS-06 MIL-STD-461F/G CS-114
	Odporność na narażenia przewodzone, pobudzenie impulsowe Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.10 PCS-07 MIL-STD-461F/G CS-115
	Odporność na narażenia przewodzone, tłumiona fala sinusoidalna, przewody zasilania i sygnałowe, 10 kHz – 100 MHz Metoda pomiarowa bezpośrednia	NO-06-A500:2012 pkt. 3.11 PCS-08 MIL-STD-461F/G CS-116
	Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: 0,1 MHz – 3GHz Zakres: (0,5 – 1000) V/m. w paśmie częstotliwości: 80 MHz – 60 GHz Zakres: (0,7 – 300) V/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia. Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: (0,1 – 30) MHz Zakres: (0,015 – 16) A/m w paśmie częstotliwości: (27 – 1000) MHz Zakres: (0,01 – 12) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia. Gęstość mocy w paśmie częstotliwości: (0,3 – 60) GHz, Zakres: (0,002– 238) W/m ² . (z obliczeń)	NO-06-A215-2:2007 z wyłączeniem p. 5.2, 6,7, 8.3 PN-T-06580-3:2002 z wyłączeniem p. 2.1.4.2

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrob	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe	<p>Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: 0,1 MHz – 3GHz Zakres: (0,5 – 1000) V/m. w paśmie częstotliwości: 80 MHz – 60 GHz Zakres: (0,7 – 300) V/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia.</p> <p>Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: (0,1 – 30) MHz Zakres: (0,015 – 16) A/m w paśmie częstotliwości: (27 – 1000) MHz Zakres: (0,01 – 12) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia.</p> <p>Gęstość mocy w paśmie częstotliwości: (0,3 – 60) GHz, Zakres: (0,002– 238) W/m². (z obliczeń)</p>	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258)
Środowisko – pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiolokacyjnych i radionawigacyjnych	<p>Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: 0,1 MHz – 3 GHz Zakres: (0,5 – 1000) V/m. w paśmie częstotliwości: 80 MHz – 60 GHz Zakres: (0,7 – 300) V/m. Metoda pomiarowa bezpośrednia.</p> <p>Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: (0,1 – 30) MHz Zakres: (0,015 – 16) A/m w paśmie częstotliwości: (27 – 1000) MHz Zakres: (0,01 – 12) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia.</p> <p>Gęstość mocy w paśmie częstotliwości: (0,3 – 60) GHz, Zakres: (0,002– 238) W/m². (z obliczeń)</p>	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258)

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1218

Status zmian: wersja pierwotna - A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
BIURA DS. AKREDYTACJI

TADEUSZ MATRAS
dnia: 03.08.2021 r.